

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告


试剂名称: 血小板分析仪专用清洗液

试剂批号: 2260115J

检验日期: 2026.01.21

试剂规格: 1L、5L

项目	规格	检测方法	结果	判定
外观	无色透明液体, 无杂质, 无沉淀, 无异物。	目视	符合	合格
pH值	7.0-8.0	精密pH计	7.5	合格
电导率	≤1000 μS/cm	电导率仪	800	合格
总硬度	≤100 mg/L	EDTA滴定法	80	合格
氨氮	≤0.5 mg/L	纳氏试剂比色法	0.3	合格
亚硝酸盐氮	≤0.1 mg/L	分光光度法	0.05	合格
总磷	≤0.5 mg/L	钼钼蓝比色法	0.3	合格
总氮	≤1.0 mg/L	酚二磺酸比色法	0.8	合格
氯离子	≤100 mg/L	硝酸汞滴定法	80	合格
硫酸根	≤100 mg/L	钡离子比浊法	80	合格
钙离子	≤100 mg/L	EDTA滴定法	80	合格
镁离子	≤100 mg/L	EDTA滴定法	80	合格
铁离子	≤0.1 mg/L	邻菲罗啉比色法	0.05	合格
铜离子	≤0.1 mg/L	二乙基氨二硫氰酸铜比色法	0.05	合格
锌离子	≤0.1 mg/L	双硫腙比色法	0.05	合格
锰离子	≤0.1 mg/L	高锰酸钾法	0.05	合格
氟离子	≤10 mg/L	离子选择电极法	8	合格
硝酸盐氮	≤0.5 mg/L	镉还原比色法	0.3	合格
亚硫酸盐	≤0.1 mg/L	碘量法	0.05	合格
总有机碳	≤10 mg/L	总有机碳分析仪	8	合格



检验人: 张

复核人: 周

审核人: 周