净含量测定	不低于标示值。	40	R1	33.0ml	√
			R2	8.0ml	√
空白吸光度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.100。	0.0072		√	
分析灵敏度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 200mg/L 的样本，吸光度差值△A≥0.04。	0.461		√	
		r	0.9984		
	r≥0.950，斜率在[0.9, 1.1]范围内	≤200mg/L 时，最	16.00		

结论：检验员不合格　　合格

检验人：　　复核人：　　批准人：