编号：YNH/AL-15-32-2014

生化仪型号：	DS-400	生化仪编号：	DS1KS001
样品可重复性考察号：	1-6	样品可重复性结论：	07201503031503006

灵敏度测定	糖时，吸光度差值公式A mmol/L≥0.02。	0.0822	√		分析
	>4.16mmol/L 时，实测值与物小值相对偏差应不超过±20%。				
精密度测定	重复性	C.V.≤3%：	低水平	0.73%	
	精密度	C.V.≤3%：	高水平	1.16%	精密

检测结论：

复核人：

检验人：