编号：YNH/AJ-15-66-2017

总蛋白检测试剂盒（双缩脲法）出厂检验报告

	制造商	批号	有效期至	批值	范围（2SD）
	外观与标示值。			STD	1.1ml	√
总白蛋白浓度测定	在 540nm 处，光径 1cm 时，空白测光度 ≤0.200					
分析灵敏度测定				0.5875		√
批内精密度测定	CV≤2.0%			0.80%		√
线性测定	150-1000μg/L 范围内，线性相对偏差不超过 6.0%			浓度 3	1.94%	√
				浓度 4	4.32%	√
外观性状开瓶性状	无色或淡黄色透明液体。			符合要求		√
[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]			[illegible]		