

检测日期: 2017-08-28

检测单编号: 0060006

紫外可见分光光度计型号: LS

紫外可见分光光度计编号: 077015020415050000

PH计型号: PHS-3C

PH计编号: 600408N0016120566

水质检测记录表

检测地点: 南浦大桥上游 检测时间: 2017-08-28 检测人员: 王明

检测项目: 氨氮 检测方法: 纳氏试剂比色法 检测仪器: 分光光度计

检测步骤: 取50ml水样, 加入10ml试剂, 摇匀, 比色测定。

检测结果: 0.45mg/L 检测标准: GB 18918-2002

检测结果符合标准, 水质良好。

检测结论: 氨氮浓度为0.45mg/L, 符合GB 18918-2002标准要求。

检测单位: 上海市环境监测中心

