编号：YNH/AJ-15-44-2017

总胆固醇检测试剂盒（氧化酶法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20172401753

检验日期：2016-03-06　　产品批号：2160320H

有证参考物质	卫生部临检中心	GBW09179	/	4.33mmol/L	
			40	R1	32.4ml	√
准确度测定				2.16%	
样间差	R≤6%			6%	
0.9900				0.999	
±10%				0.15mmol/L	√

检验员不合格