编号：YNH/AJ-15-50-2017

甘油三酯测定试剂盒（酶法）出厂检验报告

试剂盒抽检规格：

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4 R2：8ml×4，STD：2ml*1

供应商	Sinowa	22e1312	2017-03-21	2.26mm/L	
有证参考物质	卫生部临检中心	GBW（09179）	/	0.928mmol/L	

分析灵敏度测定	在 510nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的甘油三酯时，吸光度变化△A ≥0.05	0.2965	√		

检测/检测结果	无色透明液体。	符合要求	/				
重复一致性测定	规则变异系数不超过 5%。	[illegible]	0.24%	/	√	/	/ 标准