

甘油三酯测定试剂盒 (酶法) 出厂检验报告

生产批号: 20170501
 生产日期: 2017.05.01

合格证号: 20170501
 有效期至: 2017.05.01

品名	甘油三酯测定试剂盒 (酶法)		
规格	100T/盒		
生产厂家	烟台新创生物技术股份有限公司		
生产地址	烟台莱山区莱阳路111号		
检验日期	2017.05.01		
检验地点	烟台新创生物技术股份有限公司		
检验人员	张永强		
审核人员	张永强		

外观	试剂盒外观符合说明书要求, 无破损, 试剂瓶密封完好。	外观	合格
有效期	有效期至2017.05.01	有效期	合格

分析天称准确度	按说明书称取, 称量100.00g, 称量100.0012g, 相对误差化误差 $\leq 0.01\%$ 。	分析天称准确度	合格
移液器准确度	测量多次移液, 相对误差 $\leq 0.5\%$ 。	移液器准确度	合格
酶试剂灵敏度	批内精密度CV $\leq 5\%$, 批间精密度 $\leq 5.0\%$ 。	酶试剂灵敏度	合格
pH值范围	试剂管 pH 值范围为 6.00-7.50。 在试剂测量范围内, 线性相关系数 ≥ 0.9990 , (0.03-0.05g/ml) 范围内, 线性绝对误差 $\leq 5\%$ 。	F1: 6.87 F2: 6.81 S2005 线性1: 0.9995 线性2: 0.9995	合格

注: 1. 试剂盒在有效期内, 保存于 2-8℃, 保质期 24 个月。
 2. 试剂盒在有效期内, 保存于 2-8℃, 保质期 24 个月。

检验结论: 符合出厂标准, 准予出厂。
 检验日期: 2017.05.01

检验人: 张永强
 审核人: 张永强
 日期: 2017.05.01

