编号：YNH/AI-15-32-2014

葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法）出厂检验报告

依据标准：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20142400002

检验日期：2026-04-10　　试剂盒批号：2260409

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

试剂盒抽检规格：

型号	规格

制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
质控品 I	Randox hum asy control 2	1695UN	2026-03	0.10mmol/L 3.19-7.01mmol/L

外观检查	R2 为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√
净含量测定	不低于标示值。	40	R2	2.0ml	√
空白吸光度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.500。	0.1130		√
	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的葡萄糖时，吸光度差值△Ammol/L≥0.02。			
	测量有证参考物质，当浓度≤4.16mmol/L，实测值			