高铁高糖葡萄糖试剂盒（氧化酶法）出厂检验报告

[illegible]

型号	规格
160mL(R1: 3×32mL; R2: 5mL×1; STD: 2mL)	[illegible]

有证参考物质	卫生部临检中心	GBW08177D	/	4.33mmol/L

检验项目	要求	结果		判定
外观检查	R1 和 R2 均为无色或淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√
样品量测定	不低于标示值。	R2	9.0 ml	√
		STD	2.2ml	√

线性测定	0.9900。 (0.5-20.0)mmol/L 范围内，线性绝对偏差不超过 ±0.2mmol/L； (2.0-20.0)mmol/L 范围内，线性相对偏差不超过 ±10%。	浓度 1	5.3[illegible]	√
		浓度 2	4.71%	√
		浓度 3	9.59%	√
		浓度 5	0.15mmol/L	[illegible]